


No	サンプル名	回帰式	標準偏差	相関係数
○ 1	石炭・A	$Y = 6,151.063 \cdot X^3 - 1,798.208 \cdot X^2 + 239.129 \cdot X + 3.781$	0.64	0.9967
□ 2	石炭・B	$Y = 3,797.389 \cdot X^3 - 1,271.904 \cdot X^2 + 207.056 \cdot X + 3.483$	0.74	0.9955
△ 3	石炭・C	$Y = 6,205.608 \cdot X^3 - 1,663.646 \cdot X^2 + 218.034 \cdot X + 3.578$	0.62	0.9969
× 4	石炭・D	$Y = 6,929.303 \cdot X^3 - 1,908.269 \cdot X^2 + 244.207 \cdot X + 3.787$	0.50	0.9980
◇ 5				
● 6				
▲ 7				
✕ 8				
■ 9				



*検量線係数a0～a3は回帰式の0～3次の係数に該当(有効桁数は5桁、それ以下は四捨五入)